



Vážený zákazníku,

děkujeme za dosavadní spolupráci. Vzhledem ke změnám v legislativě bychom Vás chtěli informovat o možnostech při objednávání bioindikátorů pro kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů v Plzeňském kraji.

Objednávky jsme připraveni přijmout na telefonních číslech **387 712 278**, případně 387 712 274 nebo na mailové adrese zucb@zuusti.cz s uvedením přesné specifikace kontrolovaného přístroje a Vaším telefonním kontaktem. Budete kontaktováni naším pracovníkem pro potvrzení objednávky.

Možnosti (varianty) provedení kontroly sterilizačních přístrojů:

- 1) Bioindikátory včetně průvodky a návodu Vám **budou připraveny k vyzvednutí** vždy následující týden od přijetí objednávky na adrese Zdravotního ústavu v **Plzni**, 17. listopadu 1, příjmové pracoviště (přízemí) Po, St 7:00 – 17:00 Út, Čt 7:00 - 15:00, tel: 371 408 608, popřípadě **v Tachově, v Klatovech a v Rokycanech**.
Po provedené expozici **je nutno co nejdříve** bioindikátory doručit osobně zpět.
- 2) Bioindikátory včetně průvodky a návodu Vám **budou doručeny** svozovou linkou Zdravotního ústavu, pracovník ZÚ si s Vámi dohodne termín vyzvednutí, opět **musí být doručeno co nejdříve** po expozici. Tato služba je fakturována dle platného ceníku služeb ZÚ viz.příloha tohoto dopisu.
- 3) Akreditovaný **pracovník ZÚ provede zkoušku** účinnosti sterilizačního přístroje včetně dopravy. Tato služba je fakturována dle platného ceníku služeb ZÚ viz.příloha tohoto dopisu.

Využitím naší nabídky tak předejdete případným negativním zjištěním ze strany kontrolního orgánu, opakované kontrole a zbytečným výdajům za provedení kontroly nesprávným způsobem a další opakované kontrolní měření.

Od 1. března 2018 naše laboratoř přestává posílat bioindikátory poštou z důvodů uvedených níže.

Pokud budete mít odborný dotaz, garantem této služby je Ing. Radka Bednářová,
tel: 387 712 251, e-mail: radka.bednarova@zuusti.cz.

Uvedené změny souvisejí se změnou legislativy v souvislosti s kontrolou účinnosti sterilizátorů a odpovídají níže uvedeným předpisům.

Od 30. 8. 2017 je účinná [Vyhláška č. 244/2017 Sb.](#), která novelizovala vyhlášku č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. V tomto předpisu se mimo jiné uvádí, že za kontrolu účinnosti sterilizátoru je jednoznačně odpovědný jeho provozovatel a mohou ji provádět pouze oprávněné osoby.

Postup při zkoušení účinnosti sterilizátorů se řídí podle aktuálního Metodického návodu k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů zveřejněného v AHEM. V současné době platí [AHEM č.1/2014 Metodický návod](#) k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů, kde se uvádí:

"Akreditovaná laboratoř nesmí přijmout bioindikátory k laboratornímu vyšetření poštou. Rovněž nesmí poskytnout jakékoliv indikátory soukromým osobám nebo je zasílat na požádání poštou. Obecně platí, že doba stanovená pro zpracování indikátorů je cca 12 hodin po provedené kontrole přímým předáním do laboratoře. Jiný způsob doručení je nepřipustný."

V souvislosti s těmito legislativními změnami je velmi pravděpodobné, že v krátké době budou kontrolní orgány důsledně zjišťovat, zda kontrola účinnosti sterilizátorů probíhá v souladu s platnou legislativou či nikoliv.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Ivo Šrámek

vedoucí centra hygienických laboratoří