



ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM	počet stran/datum 1/ 26.11.2024
Centrum imunologie a mikrobiologie, odd. přípravných provozů	
Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů	Bi-F22 / Bi-SOPn-2-GS/1


Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů č. 04/25


Výrobek (název): **Biologický indikátor Geobacillus stearothermophilus CCM 4395**
Určeno pro sterilizaci vlhkým teplem a formaldehydem (dle ČSN EN ISO 11138-3, ČSN EN ISO 11138-5)

Šarže : GS 24/1	
Expirace: 2025-03-31	

Výsledek zkoušek

Nominální počet Geobacillus stearothermophilus na nosiči	V
Kontrola pro sterilizátory dle norem	V
Kontrola sváru primárních obalů	V
Kontrola balení a etiketování do primárního a sekundárního obalu	V
Stabilita produktu při transportu	V
Sumární závěr	V

Provedl/zapsal: Pechová Tereza 

Vyhodnotil a uvolnil: Ing. Pelešková Zdeňka 

Šarže uvolněna do provozu dne: 4.11.2024

**ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM**
Oddělení přípravných provozů
diskokované pracoviště Plzeň
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
IČO: 710 09 361

Pozn.:

Kontrola kvality biologických indikátorů provedena dle SOP: Bi-SOPn-2-GS/1, Bi-SOPv-3-KS, Bi-SOPv-2-SPT

Vysvětlivky: V vyhovuje N nevyhovuje

Značení výrobku: Biologický indikátor Geobacillus stearothermophilus pro sterilizaci Šarže: GS .../.../... ZÚ Ústí-Plzeň Expirace do:-.....-.....