



ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM	počet stran/datum 1/ 09.01.2025
Centrum imunologie a mikrobiologie, odd. přípravných provozů	
<b>Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů</b>	<b>Bi-F22 / Bi-SOPn-2-GS/1</b>



**Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů č. 07/25**

**Výrobek** (název): **Biologický indikátor Geobacillus stearothermophilus CCM 4395**  
Určeno pro sterilizaci vlhkým teplem a formaldehydem (dle ČSN EN ISO 11138-3, ČSN EN ISO 11138-5)

<b>Šarže : GS 24/2</b>	
<b>Expirace: 2025-03-31</b>	

**Výsledek zkoušek**

Nominální počet Geobacillus stearothermophilus na nosiči	V
Kontrola pro sterilizátory dle norem	V
Kontrola sváru primárních obalů	V
Kontrola balení a etiketování do primárního a sekundárního obalu	V
Stabilita produktu při transportu	V
<b>Sumární závěr</b>	<b>V</b>

**Provedl/zapsal:** Pechová Tereza   
**Vyhodnotil a uvolnil:** Ing. Pelešková Zdeňka   
**Šarže uvolněna do provozu dne:** 8.1.2025

**ZDRAVOTNÍ ÚSTAV  
SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM  
Oddělení přípravných provozů  
dislokované pracoviště Plzeň  
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 710 09 361**

**Pozn.:**

Kontrola kvality biologických indikátorů provedena dle SOP: Bi-SOPn-2-GS/1, Bi-SOPv-3-KS, Bi-SOPv-2-SPT

Vysvětlivky: V vyhovuje                      N nevyhovuje

Značení výrobku: Biologický indikátor Geobacillus stearothermophilus pro sterilizaci ..... Šarže: GS .../.../... ZÚ Ústí-Plzeň Expirace do: ..... - ..... - .....