



ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM		počet stran/datum 1 / 25.11.2025
Centrum imunologie a mikrobiologie, odd. přípravných provozů		
Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů		Bi-F-20 / Bi-SOPn-1-BA/2
Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů č. 01 / 26		
Výrobek (název): Biologický indikátor <i>Bacillus atrophaeus</i> CCM 4624		
Určeno pro horkovzdušnou sterilizaci (dle ČSN EN ISO 11138-4)		
Šarže : BA 24/1		
Expirace: 2026-03-31		
Výsledek zkoušek		
Nominální počet <i>Bacillus atrophaeus</i> na nosiči	2,1*10 ⁶	
Kontrola pro sterilizátory dle norem	V	
Kontrola sváru primárních obalů	V	
Kontrola balení a etiketování do primárního a sekundárního obalu	V	
Stabilita produktu při transportu	V	
Sumární závěr	V	
Provedl/zapsal: Pechová Tereza		
Vyhodnotil a uvolnil: Ing. Zdeňka Pelešková		
Šarže uvolněna do provozu dne: 21.11.2025		
Pozn.:		

Kontrola kvality biologických indikátorů provedena dle SOP: Bi-SOPn-1-BA/2, Bi-SOPv-3-KS, Bi-SOPv-2-SPT

Vysvětlivky: V vyhovuje N nevyhovuje

Značení výrobku: Biologický indikátor *Bacillus atrophaeus* pro sterilizaci Šarže: BA .../.../... ZÚ Ústí-Plzeň Expirace do:
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Oddělení přípravných provozů
dislokované pracoviště Plzeň
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
IČO: 710 09 361