



ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM		počet stran/datum 1 / 26.11.2025
Centrum imunologie a mikrobiologie, odd. přípravných provozů		
Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů		Bi-F23 / Bi-SOPn-2-GS/2
Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů č. 06/26		
Výrobek (název): Biologický indikátor <i>Geobacillus stearothermophilus</i> CCM 4395		
Určeno pro sterilizace plazmou (ČSN EN ISO 11138-1)		
Šarže : GS 25/2		
Expirace: 2026-03-31		
Výsledek zkoušek		
Nominální počet <i>Geobacillus stearothermophilus</i> na nosiči	2,2*10 ⁵	
Kontrola pro sterilizátory dle norem	V	
Kontrola sváru primárních obalů	V	
Kontrola balení a etiketování do primárního a sekundárního obalu	V	
Stabilita produktu při transportu	V	
Sumární závěr	V	
Provedl/zapsal: Pechová Tereza		
Vyhodnotil a uvolnil: Ing. Zdeňka Pelešková		
Šarže uvolněna do provozu dne: 25.11.2025		
Pozn.:		

Kontrola kvality biologických indikátorů provedena dle SOP: Bi-SOPn-2-GS/2, Bi-SOPv-3-KS, Bi-SOPv-2-SPT

Vysvětlivky: V vyhovuje N nevyhovuje

Značení výrobku: Biologický indikátor *Geobacillus stearothermophilus* pro sterilizaci Šarže: GS .../.../... ZÚ Ústí-Plzeň Expirace do:-.....-.....

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
Oddělení přípravných provozů
dislokované pracoviště Plzeň
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
IČO: 710 09 361