



|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM                   | počet stran/datum 1 / 24.2.2026 |
| Centrum imunologie a mikrobiologie, odd. přípravných provozů |                                 |
| Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů          | Bi-F22 / Bi-SOPn-2-GS/2         |

**Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů č. 12/26**

**Výrobek (název): Biologický indikátor Geobacillus stearothermophilus CCM 4395**

Určeno pro sterilizaci vlhkým teplem a formaldehydem (dle ČSN EN ISO 11138-3, ČSN EN ISO 11138-5)

**Šarže : GS 25/2**

**Expirace: 2026-06-30**

**Výsledek zkoušek**

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nominální počet Geobacillus stearothermophilus na nosiči         | 2,2*10 <sup>5</sup> |
| Kontrola pro sterilizátory dle norem                             | V                   |
| Kontrola sváru primárních obalů                                  | V                   |
| Kontrola balení a etiketování do primárního a sekundárního obalu | V                   |
| Stabilita produktu při transportu                                | V                   |
| <b>Sumární závěr</b>                                             | <b>V</b>            |

**Provedl/zapsal:** Pechová Tereza

**Vyhodnotil a uvolnil:** Ing.Zdeňka Pelešková

**Šarže uvolněna do provozu dne:** 23.2.2026

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV  
SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM  
Oddělení přípravných provozů  
dislokované pracoviště Plzeň  
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 710 09 361

**Pozn.:**

Kontrola kvality biologických indikátorů provedena dle SOP: Bi-SOPn-2-GS/2, Bi-SOPv-3-KS, Bi-SOPv-2-SPT

Vysvětlivky: V vyhovuje

N nevyhovuje

Značení výrobku: Biologický indikátor Geobacillus stearothermophilus pro sterilizaci ..... Šarže: GS .../.../... ZÚ Ústí-Plzeň Expirace do: .....-.....-.....