



ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM	počet stran/datum 1 / 11.2.2026
Centrum imunologie a mikrobiologie, odd. přípravných provozů	
Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů	Bi-F23 / Bi-SOPn-2-GS/2

Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů č. 11/26

Výrobek (název): Biologický indikátor *Geobacillus stearothermophilus* CCM 4395

Určeno pro sterilizace plazmou (ČSN EN ISO 11138-1)

Šarže : GS 25/3

Expirace: 2026-06-30

Výsledek zkoušek

Nominální počet <i>Geobacillus stearothermophilus</i> na nosiči	1,2*10 ⁵
Kontrola pro sterilizátory dle norem	V
Kontrola sváru primárních obalů	V
Kontrola balení a etiketování do primárního a sekundárního obalu	V
Stabilita produktu při transportu	V
Sumární závěr	V

Provedl/zapsal: Pechová Tereza

Vyhodnotil a uvolnil: Ing. Zdeňka Pelešková

Šarže uvolněna do provozu dne: 9.2.2026

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
Oddělení přípravných provozů
dislokované pracoviště Plzeň
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
IČO: 710 09 361

Pozn.:

Kontrola kvality biologických indikátorů provedena dle SOP: Bi-SOPn-2-GS/2, Bi-SOPv-3-KS, Bi-SOPv-2-SPT

Vysvětlivky: V vyhovuje N nevyhovuje

Značení výrobku: Biologický indikátor *Geobacillus stearothermophilus* pro sterilizaci Šarže: GS ZÚ Ústí-Plzeň Expirace do:-.....-.....